1° CONGRESSO NAZIONALE
convatec STOMIA
Prendersi cura, costruire evidenze

Gestione delle infiltrazioni con l'utilizzo del dispositivo Esteem Body™ con Leak Defence™

Monica Bullitta | *AOU Sassari*

Background

Paziente di aa 71 sottoposto ad intervento di RAR con confezionamento di Ileostomia di protezione per Neoplasia del retto, a Giugno 2026.

Il paziente viene valutato alla dimissione, presenza di punti di sutura che vengono rimossi, macerazione della cute peristomale L2 TV secondo S..A.C.S.™ Evolution, stomia poco estroflessa.

Obiettivo dell'intervento


- Prevenire infiltrazioni
- Stabilizzare la cute peristomale
- Individuare la minima convessità necessaria



Approccio Clinico

Alla prima valutazione in ambulatorio e stato necessario applicare ESENTA™ Stomahesive® Polvere su tutta la cute macerata, ed Esteem Body™ con Leak Defence™ Profondità 7mm, punto di tensione 40 mm per garantire adesione ed evitare infiltrazioni.

Si rivaluta il paziente dopo una settimana, notevole miglioramento della cute, si decide di passare ad una profondità da 3.5 mm con stesso punto di tensione.



Risultati

- Riduzione infiltrazioni
- Miglioramento lesioni L1 TI-TII, L0 TIII-TIV
- Aumento del tempo di tenuta

Discussione

La combinazione di profondità e punti di tensione e la scelta dell'adeguato dispositivo ha garantito al paziente una buona tenuta del dispositivo un ottimale gestione delle infiltrazioni garantendogli la ripresa immediata della sua vita quotidiana, lavoro, hobby e vacanze estive.

Conclusioni

L'utilizzo e la scelta del dispositivo convesso soft Esteem Body™ con Leak Defence™ ha garantito al paziente una ottimale adesione con assenza di infiltrazioni, migliorando la sua autonomia e qualità di vita.

Parole chiave

Esteem Body™ - convexity - Leak Defense™ - infiltrazioni - cute peristomale - caso clinico