1° CONGRESSO NAZIONALE
convatec STOMIA
Prendersi cura, costruire evidenze

Riduzione delle infiltrazioni in una paziente con colostomia sul piano cutaneo mediante Esteem Body™ con Leak Defence™

Anna Leo Pascali | *AUSL LECCE*

Background

Le infiltrazioni ricorrenti rappresentano una delle principali cause di danno cutaneo e riduzione della qualità di vita nei pazienti con stomia sul piano cutaneo

> CASO CLINICO
Uomo di 48 anni.

- Colostomia da 11 mesi
- Stomia sul piano cutaneo
- Cute peristomale con irritazione L2 TV secondo S.A.C.S. ™ Evolution
- Infiltrazioni ogni 8-12 ore

Obiettivo

- Ridurre infiltrazioni
- Stabilizzare la cute peristomale
- Aumentare il tempo di tenuta

Approccio Clinico

> INTERVENTO
Sostituzione del dispositivo precedente con:

- Esteem Body™ con Leak Defence™
- Profondità 3.5mm e Tensione centralizzata
- idrocolloide Durahesive®

> FOLLOW-UP:

- 1 settimana
- 2 settimane

Risultati

Infiltrazioni/settimana	7	0
Condizione cute	L2	L0-L1
Cambi non programmati	frequenti	assenti





> FEEDBACK DEL PAZIENTE:
"Posso finalmente uscire senza il timore che il sacchetto si stacchi."

Discussione

La convessità soft associata alla tecnologia Leak Defence™ ha favorito una migliore adesione intorno allo stoma riducendo i punti di infiltrazione.

Conclusioni

Esteem Body™ ha consentito una significativa stabilizzazione clinica in una situazione complessa caratterizzata da una stomia sul piano cutaneo con pieghe della cute peristomale.

Parole chiave

Leak Defence™, infiltrazioni, stomia sul piano cutaneo, colostomia, convexity